



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,
ВЫПОЛНЯЮЩИЙ РАБОТЫ И(ИЛИ) ОКАЗЫВАЮЩИЙ УСЛУГИ В
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Саха (Якутия)»

наименование

RA.RU.311545

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. **677027, РОССИЯ, Саха /Якутия/ республика, городской округ город Якутск, город Якутск, улица Кирова, дом 26;.**

адреса мест осуществления деятельности

2. **678175, РОССИЯ, Саха /Якутия/ республика, муниципальный район Мирнинский, городское поселение город Мирный, город Мирный, улица Солдатова, дом 14, помещение 111.**

адреса мест осуществления деятельности

3. **678960, РОССИЯ, Саха /Якутия/ республика, муниципальный район Нерюнгринский, городское поселение город Нерюнгри, город Нерюнгри, проспект Ленина, дом 7, квартира 1.**

адреса мест осуществления деятельности

4. **678144, РОССИЯ, Саха /Якутия/ республика, муниципальный район Ленский, городское поселение город Ленск, город Ленск, улица Портовская, дом 26, квартира 1.**

адреса мест осуществления деятельности

5. **677021, РОССИЯ, Саха /Якутия/ республика, городской округ город Якутск, город Якутск, проспект Михаила Николаева, дом 16, строение 1.**

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям
102-ФЗ Об обеспечении единства измерений. 102-ФЗ

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

677027, РОССИЯ, Саха /Якутия/ республика, городской округ город Якутск, город Якутск,
улица Кирова, дом 26;.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2. Поверка средств измерений (АС)					
2.1.	Измерения физико-химического состава и свойств веществ;	Анализаторы концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе;	(0 – 3) мг/л;	Погрешность: ПГ ± 10 %;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.2.	СИ медицинского назначения;	Комплексы аппаратно-программные для регистрации, сохранения и передачи физиологических параметров человека;	(20 – 280) мм рт. ст. (40 – 190) мин ⁻¹ (30 – 45) °C (0 – 1,5) мг/л;	Погрешность: ПГ ± 3 мм рт. ст. ПГ ± 5 % ПГ ± 0,2 °C ПГ ± 10 %;	-
2.3.	Элементы измерительных систем (ИС);	Системы измерений количества нефтепродуктов мобильных узлов коммерческого учета нефтепродуктов (МУКУН);	(10 – 150) т/ч;	Погрешность: ПГ ± 0,25 %;	-

678175, РОССИЯ, Саха /Якутия/ республика, муниципальный район Мирнинский, городское поселение город Мирный, город Мирный, улица Солдатова, дом 14, помещение 111.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2. Поверка средств измерений (АС)					
2.1.	Измерения геометрических величин;	Рулетки измерительные;	(0 – 20) м;	Погрешность: ПГ ± (0,2 – 2) мм КТ 2, 3;	-
2.2.	Измерения геометрических величин;	Ростомеры медицинские;	(0 – 2500) мм;	Погрешность: ПГ ± 4 мм;	-
2.3.	Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ;	Счетчики воды;	(0,01 – 3) м³/ч;	Погрешность: ПГ ± 2 %;	-
2.4.	Измерения физико-химического состава и свойств веществ;	Анализаторы концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе;	(0 – 3) мг/л;	Погрешность: ПГ ± 10 %;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	

678960, РОССИЯ, Саха /Якутия/ республика, муниципальный район Нерюнгринский, городское поселение город Нерюнгри, город Нерюнгри, проспект Ленина, дом 7, квартира 1.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2. Поверка средств измерений (АС)					
2.1.	Измерения механических величин;	Компараторы для поверки гирь;	2000 кг;	Погрешность: СКО ± 10 г;	-
2.2.	Измерения механических величин;	Гири;	2000 кг;	Погрешность: ПГ ± 0,1 кг КТ М1;	-
2.3.	Измерения физико-химического состава и свойств веществ;	Анализаторы концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе;	(0 – 3) мг/л;	Погрешность: ПГ ± 10 %;	-
2.4.	СИ медицинского назначения;	Комплексы аппаратно-программные для регистрации,	(20 – 280) мм рт. ст. (40 – 190) мин ⁻¹ (30 – 45) °С (0 – 1,5) мг/л;	Погрешность: ПГ ± 3 мм рт. ст. ПГ ± 5 % ПГ ± 0,2 °С ПГ ± 10 %;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
		сохранения и передачи физиологических параметров человека;			

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2. Поверка средств измерений					
2.1.	Измерения физико-химического состава и свойств веществ;	Анализаторы концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе;	(0 – 3) мг/л;	Погрешность: ПГ ± 10 %;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2. Поверка средств измерений (АС)					
2.1.	Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ;	Преобразователи, расходомеры, счетчики объемного расхода газов;	(4 – 1600) м³/ч;	Погрешность: ПГ ± (1 – 4) %;	-

Директор

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Д.Д. Ноговицын

инициалы, фамилия уполномоченного лица